

ALLEGATO 2

PROVA N. 1

1. Descrivere la verifica di eccentricità da attuarsi per la taratura di una bilancia utilizzata in un laboratorio accreditato Accredia
2. Descrivere la verifica di omogeneità delle camere climatiche presenti in un laboratorio accreditato
3. Descrivere le fasi del controllo di qualità del terreno di coltura utilizzato per la ricerca di *Pseudomonas aeruginosa* secondo la norma UNI EN ISO 11133
4. Determinazione del pH in un campione di acqua potabile e riferimento normativo

Handwritten signatures of the author and witness. The author's signature is a stylized 'L', and the witness's signature is a stylized 'VR'.